

Gerät konfigurieren



Gerät und Messung

Anzeigename*	<input type="text" value="C\Cardy"/>	GDT-ID Gerät*	<input type="text" value="Cardy"/>
Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld (8402)	<input type="text" value="EKG01"/>	GDT-ID T2med*	<input type="text" value="T2MED_PX"/>
Test-Ident (8410)	<input type="text"/>	Dezimalzeichen	<input type="text" value="Komma"/>
Zeichensatz	<input type="text" value="IBM CP437 (Standard)"/>	Kostenträger-IK übertragen	<input type="radio"/>
Satzart	<input type="text" value="Neue Untersuchung anfordern [SA 6302]"/>	Langzeitmessung	<input type="radio"/>
		Annahme ohne Messauftrag	<input type="radio"/>
		Messgerät anzeigen	<input checked="" type="radio"/>

Geräteanbindung

Importverzeichnis	<input type="text" value="C:\Cardy"/>	Zeitpunktbezug Messergebnis	<input type="text" value="Zeitpunkt der Erhebung von Behandlungsdaten"/>
Exportverzeichnis	<input type="text" value="C:\Cardy"/>	Kürzel für Austauschdateien	<input type="text" value="MGRT"/>
Programm	<input type="text" value="C:\Cardylekg3.exe"/>	Schema für Importdateien	<input type="text" value="T2MDMGRGT.001 ... T2MDMGRGT.999"/>
Parameter	<input type="text" value="GDT"/>	Schema für Exportdateien	<input type="text" value="MGRTT2MD.001 ... MGRTT2MD.999"/>
Betriebsmodus	<input type="text" value="Aufruf für jede einzelne Messung"/>	Im- und Exportdateien festlegen	
Einzelverarbeitung nötig	<input type="radio"/>	Dateiname Import	<input type="text" value="edvcdy.gdt"/>
Serienmessung unterstützt	<input type="radio"/>	Dateiname Export	<input type="text" value="cdyedv.gdt"/>
über Gerätegruppe suchen	<input type="radio"/>		

Anzeige von Befunden

Sichtplatz (nur Befundanzeige)	<input type="radio"/>	Kürzel Gerätegruppe	<input type="text"/>
Abweichendes Anzeigeprogramm	<input type="text" value="Datei auswählen..."/>	Ergebnisse anzeigen	<input type="text" value="extern anzeigen"/>
Parameter für Anzeigeprogramm	<input type="text"/>	nachträgliche Befundung	<input type="text" value="keine nachträgliche Befundung"/>

Übernahme von Befunden

Aufbereitung durch	<input type="text" value="Dienst für allg. Messergebnisse"/>	Kurzeintrag erstellen	<input type="radio"/>
Informationstyp	<input type="text" value="Befund"/>	Anzahl der Zeilen	<input type="text" value="5"/>
Gewicht/Größe strukturiert übernehmen	<input type="radio"/>	Messergebnis Felder	<input type="text" value="BEFUND
ERGEBNISSE"/>
Uhrzeit und Datum übernehmen	<input type="radio"/>		
Anhänge übernehmen	<input type="radio"/>		
Einleseverzögerung	<input type="text" value="ms"/>		
Automatische Zuordnung	<input type="text" value="Keine automatische Zuordnung"/>		